

Vélemény az AERA MAX Professional tesztelése során tapasztaltokról.

A légtisztító készülék 2019.12.05.-től 2019.12.12.-ig volt kipróbálás alatt a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban. Az egy hetes időintervallum alatt teszteltük a készüléket a mikrobiológiai laboratóriumban, a gégészeti járóbeteg szakrendelésen, és az ápolási osztályon, mely hosszúápolási ellátású fekvőbeteg osztály. Mindhárom esetben a készülék használata előtt a levegő teljes csíraszámának meghatározására szedimentációs (ülepítési) módszert alkalmazva, 24 órára, a célterületen véres és eozin-metilénkék táptalajt helyeztünk el. Az eredmény mind a három területen 60-70 Gram pozitív vegyes baktérium telepek (90%-ban), illetve 7-8 fonalas gomba telepek (10%-ban) tenyészttek ki. Ezt követően 24 órára kihelyeztük a gépet az adott területekre újabb véres és eozin-metilénkék táptalajok kíséretében. Az eredmény mind a három területen abszolút negatív lett (baktérium nem tenyésztett ki).

További tapasztalataink a légtisztító készülékkel, a dolgozók elmondásai alapján, tisztább levegő érzet, könnyebb légvétel, csökkentek a szagok. A különböző betegek belépése által megterhelődött levegő gyorsan megtisztult.

A tapasztalatok és a mikrobiológiai vizsgálatok alapján elmondható, hogy az AERA MAX légtisztító használatával lényegesen lehet javítani a munkakörülményeket, mely jó hatással van a dolgozókra és a betegekre egyaránt, továbbá elkerülhetővé, illetve minimálisra csökkenthetővé válhatnak a légúti fertőzések mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátásban.

Jászberény, 2019. december 11.



Fenyvesi Beatrix
higiénés csoportvezető