

Alginiti non polverosi per impronte.

INDICAZIONI D'USO

L'ampia gamma di alginati Zhermark è stata sviluppata per rispondere a tutte le esigenze della pratica clinica. Hydrogum: alginato di elevata consistenza per modelli studio. Aroma: Menta. Hydrogum soft: alginato a consistenza cremosa, non comprome i tessuti, particolarmente indicato per impronte preliminari di maschera dentale. Aroma: Menta. Orthoprint: alginato extra elastico a presa rapida, indicato per la pratica generale. Le eccezionali proprietà elastiche lo rendono indicato per l'utilizzo in ortodonzia. Aroma: Vaniglia. Neocollod: alginato per impronte di alta precisione con tempi di presa normali. Aroma: Clorofilla. Phase plus: alginato cromatique a consistenza cremosa. La variazione cromatica accompagna le diverse fasi di preparazione: rosa durante la miscelazione, rosa durante la fase di lavoro e posizionamento sul portamponta, bianco durante il tempo di permanenza nel cavo orale fino l'indurimento. Indicato nella pratica clinica generale per la creazione di modelli studio. Aroma: Menta. Tropicalgin: alginato cromatique ad elevata consistenza. La variazione cromatica accompagna le diverse fasi di preparazione: rosa durante la miscelazione, arancione durante la fase di lavoro e posizionamento sul portamponta, rosso durante il tempo di permanenza nel cavo orale fino l'indurimento. Indicato nella pratica clinica generale. Il cambiamento cromatico associato ad un aroma gradevole lo rendono particolarmente adatto all'utilizzo in pediatria. Aroma: Mango.

DOSAGGIO E MISCELAZIONE

Aprire la busta (fig. 1) e versare l'alginato in un contenitore a chiusura ermetica (fig. 2). Si consiglia di conservare il numero di lotto e data di scadenza del prodotto, ritagliando i dati dalla busta. Agitare 3 volte per favorire la dispersione della polvere (fig. 3) e procedere con il dosaggio: con il dosatore da polvere prelevare l'alginato senza comprimerne la polvere, livellare o togliere gli eccessi di alginato passando la parte piatta della spattola sul cucchiaino (fig. 4) e versarlo in una tazza di impresa.

Ripetere l'operazione finché raggiungerà la quantità desiderata.

Per ogni cucchiaino di polvere (g), versare 173 ml di misurino d'acqua (18 ml). Es. per 2 misure di polvere (18 g) sufficienti per un cucchiaino mediano superiore, versare 373 ml di misurino d'acqua (36 ml); (fig. 5).

Chiudere il contenitore e conservarlo a 5°-27°C/41°-80°F (fig. 6).

Agitare il contenitore per favorire la dispersione dei residui secondo i tempi consigliati nella tabella (fig. 6), posizionare il materiale sul portamponta (fig. 7) e inserirlo nella cavità orale prima della fine del tempo di lavorazione (fig. 8).

Attendere l'indurimento del materiale osservando i tempi consigliati per la permanenza nel cavo orale. Dopo l'indurimento del materiale osservando i tempi consigliati per la permanenza nel cavo orale, descrivere in precedenza.

Per una miscelazione ottimale (omogenea e senza bolle d'aria) si consiglia l'uso di ALGHAMIX II (fig. 9).

TEMPI DI UTILIZZO CLINICO* (TIMES FOR CLINICAL USE*)

I tempi di utilizzo clinico sono riportati nella Tabella 1

Riga I: Tempo di miscelazione (Mixing Time)
Riga II: Tempo di lavoro (Working Time)
Riga III: Tempo di permanenza in bocca (Time in Mouth)
Riga IV: Tempo di presa (Setting Time)
Riga V: Tempo totale di lavorazione (ISO 1563) (Total working time - ISO 1563)

*I tempi di utilizzo clinico (riportati nella tabella 1, caratteristiche dei materiali) sono intesi dall'inizio della miscelazione con acqua deionizzata a 23°C/73°F. L'acqua fredda tarda l'indurimento, l'acqua calda lo accelera. Variazioni nella durata dell'acqua possono modificare i tempi di presa. Corrisponde alle specificazioni ADA 18-1563.

ATTENZIONE
In soggetti sensibili i vinili polisiloxano possono provocare irritazione o altre reazioni allergiche.

DETENSIONE E DISINFESTAZIONE DELL'IMPRONTA
Dopo la presa d'impronta, risiccare sull'asciugatutto per eliminare eventuali residui, e tracce di saliva (fig. 10), togliere l'eccesiva acqua e disinfezionare immediatamente. La disinfezione ideale si ottiene immeggiando l'impronta in Zeta 7 solution o spruzzandolo direttamente Zeta 7 spray (Zhermark) (fig. 11). Utilizzando altri disinfettanti, attenersi alle istruzioni del fabbricante.

COLATA DELL'IMPRONTA - GESI RACCOMANDATI
Si suggerisce di colare l'impronta immediatamente con gesso tipo 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermark) o tipo 4 (Elite Rock - Zhermark) (fig. 12).

CONSERVAZIONE DELL'IMPRONTA
Qualora non fosse possibile colare il gesso immediatamente, eliminare gli ecessi d'acqua e conservare l'impronta in una busta ermetica sigillata (Long Life Bag Zhermark) a temperatura ambiente (23°C/73°F). In queste condizioni la colata del gesso può essere differente fino a 48 ore dalla presa d'impronta (fig. 14).

OSSERVAZIONI IMPORTANTI: La conoscenza risolutiva verbale, per incito a attivare dimostrazioni, salvo utile dei nostri prodotti, si basa sulla attuale della tecnica odontologica e del nostro know-how. Essa è considerata come informazione non impegnativa, anche in relazione ad eventuali dettati di terzi, e non rientra l'esperienza professionale da parte dell'utilizzatore. L'utente è responsabile per la corretta applicazione dei prodotti qui è prevista. Non è possibile garantire che la conoscenza risolutiva verbale possa essere sempre disponibile. L'eventuale responsabilità di danni si limita al valore delle benne fornita dall'azienda e utilizzata dall'operatore professionale e il prodotto contiene farina fossile trattata con un agente bagnante per ridurre la formazione di polvere respirabile.

SODI PER USO DENTALE

In soggetti sensibili i vinili polisiloxano possono provocare irritazione o altre reazioni allergiche.

NETTOYAGE ET DESINFECTON DE L'IMPRENTA

Apres la prise d'impreinte, rincer soigneusement pour éliminer d'éventuels résidus et traces de salive (fig. 11), retirer l'eccesiva d'eau et désinfecter immédiatement. La désinfection idéale s'obtient en immergeant l'impronte dans Zeta 7 solution ou en vaporisant directement Zeta 7 spray (Zhermark) (fig. 12). Si vous utilisez d'autres désinfectants, tenez compte des instructions du fabricant.

STORING DE L'IMPRENTA - PLATES RECOMMANDÉES

Nous sugerons de couler l'impreinte immédiatement avec du plâtre de type 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermark) ou de type 4 (Elite Rock - Zhermark) (fig. 13).

CONSERVATION DE L'IMPRENTA

Si n'est pas possible de couler le plâtre immédiatement, éliminer les excès d'eau et le conserver dans un sachet hermétiquement fermé (Long Life Bag Zhermark) à température ambiante (23°C/73°F). En ces conditions le vacuu du plâtre peut être différé jusqu'à 48 heures après la prise d'impreinte (fig. 14).

CONSEILS D'UTILISATION CLINIQUE* (TIMES FOR CLINICAL USE*)

Le temps d'utilisation clinique sont reportés dans le Tableau 1:

Ligne I: Temps de mélange (Mixing Time)
Ligne II: Temps de travail (Working Time)
Ligne III: Temps en bouche (Time in Mouth)
Ligne IV: Temps de séchage (Setting Time)
Ligne V: Temps total de travail (ISO 1563) (Total working time - ISO 1563)

*Temps de clinique usé (see Table 1, Material Characteristics) are indexed to the start of mixing with deionized water at 23°C/73°F. Colder water retards setting, warmer water speeds up setting. Variations in water hardness may result in deviation times. According to ADA 18-1563 specifications.

*I tempi di utilizzo clinico (riportati nella tabella 1, caratteristiche dei materiali) sono intesi dall'inizio della miscelazione con acqua deionizzata a 23°C/73°F. L'acqua fredda tarda l'indurimento, l'acqua calda lo accelera. Variazioni nella durata dell'acqua possono modificare i tempi di presa. Corrisponde alle specificazioni ADA 18-1563.

ATTENTION
Che les sujets sensibles les vinyl polisiloxane peuvent provoquer des irritations ou d'autres réactions allergiques.

NETTOYAGE ET DESINFECTION DE L'IMPRENTA

Après la prise d'impreinte, rincer soigneusement pour éliminer d'éventuels résidus et traces de salives (fig. 11), retirer l'excès d'eau et désinfecter immédiatement. La désinfection idéale s'obtient en immergant l'impronte dans Zeta 7 solution ou en vaporisant directement Zeta 7 spray (Zhermark) (fig. 12). Si vous utilisez d'autres désinfectants, tenez compte des instructions du fabricant.

STORING DE L'IMPRENTA

Si la gomme peut être immédiatement coulée, faire attention à ne pas déverser l'eau et la conserver dans une bouteille hermétiquement fermée (Long Life Bag Zhermark) à température ambiante (23°C/73°F). En ces conditions le temps de séchage du plâtre peut être différé jusqu'à 48 heures après la prise d'impreinte (fig. 14).

NETTOYAGE ET DESINFECTION DE L'IMPRENTA

Après la prise d'impreinte, rincer soigneusement pour éliminer d'éventuels résidus et traces de salives (fig. 11), retirer l'excès d'eau et désinfecter immédiatement. La désinfection idéale s'obtient en immergant l'impronte dans Zeta 7 solution ou en vaporisant directement Zeta 7 spray (Zhermark) (fig. 12). Si vous utilisez d'autres désinfectants, tenez compte des instructions du fabricant.

CONSERVATION DE L'IMPRENTA

Si n'est pas possible de couler le plâtre immédiatement, éliminer les excès d'eau et le conserver dans un sachet hermétiquement fermé (Long Life Bag Zhermark) à température ambiante (23°C/73°F). En ces conditions le temps de séchage du plâtre peut être différé jusqu'à 48 heures après la prise d'impreinte (fig. 14).

CONSEILS D'UTILISATION CLINIQUE* (TIMES FOR CLINICAL USE*)

Les temps d'utilisation clinique sont reportés dans le tableau 1:

Ligne I: Temps de mélange (Mixing Time)
Ligne II: Temps de travail (Working Time)
Ligne III: Temps en bouche (Time in Mouth)
Ligne IV: Temps de séchage (Setting Time)
Ligne V: Temps total de travail (ISO 1563) (Total working time - ISO 1563)

*Temps de clinique usé (voir tableau 1, caractéristiques des matériaux) sont indexés au début de la préparation avec de l'eau déionisée à 23°C/73°F. L'eau froide ralentit la durabilité, l'eau chaude accélère. Les variations dans l'eau peuvent modifier les temps de séchage. Correspond à la spécification ADA 18-1563.

ATTENTION
Chez les sujets sensibles, les vinyl polisiloxane peuvent provoquer des irritations ou d'autres réactions allergiques.

NETTOYAGE ET DESINFECTION DE L'IMPRENTA

Après la prise d'impreinte, rincer soigneusement pour éliminer d'éventuels résidus et traces de salives (fig. 11), retirer l'excès d'eau et désinfecter immédiatement. La désinfection idéale s'obtient en immergant l'impronte dans Zeta 7 solution ou en vaporisant directement Zeta 7 spray (Zhermark) (fig. 12). Si vous utilisez d'autres désinfectants, tenez compte des instructions du fabricant.

CONSERVATION DE L'IMPRENTA

Si n'est pas possible de couler le plâtre immédiatement, éliminer les excès d'eau et le conserver dans un sachet hermétiquement fermé (Long Life Bag Zhermark) à température ambiante (23°C/73°F). En ces conditions le temps de séchage du plâtre peut être différé jusqu'à 48 heures après la prise d'impreinte (fig. 14).

CONSEILS D'UTILISATION CLINIQUE* (TIMES FOR CLINICAL USE*)

Les temps d'utilisation clinique sont reportés dans le tableau 1:

Ligne I: Temps de mélange (Mixing Time)
Ligne II: Temps de travail (Working Time)
Ligne III: Temps en bouche (Time in Mouth)
Ligne IV: Temps de séchage (Setting Time)
Ligne V: Temps total de travail (ISO 1563) (Total working time - ISO 1563)

*Temps de clinique usé (voir tableau 1, caractéristiques des matériaux) sont indexés au début de la préparation avec de l'eau déionisée à 23°C/73°F. L'eau froide ralentit la durabilité, l'eau chaude accélère. Les variations dans l'eau peuvent modifier les temps de séchage. Correspond à la spécification ADA 18-1563.

ATTENTION
Chez les sujets sensibles, les vinyl polisiloxane peuvent provoquer des irritations ou d'autres réactions allergiques.

NETTOYAGE ET DESINFECTION DE L'IMPRENTA

Après la prise d'impreinte, rincer soigneusement pour éliminer d'éventuels résidus et traces de salives (fig. 11), retirer l'excès d'eau et désinfecter immédiatement. La désinfection idéale s'obtient en immergant l'impronte dans Zeta 7 solution ou en vaporisant directement Zeta 7 spray (Zhermark) (fig. 12). Si vous utilisez d'autres désinfectants, tenez compte des instructions du fabricant.

CONSERVATION DE L'IMPRENTA

Si n'est pas possible de couler le plâtre immédiatement, éliminer les excès d'eau et le conserver dans un sachet hermétiquement fermé (Long Life Bag Zhermark) à température ambiante (23°C/73°F). En ces conditions le temps de séchage du plâtre peut être différé jusqu'à 48 heures après la prise d'impreinte (fig. 14).

CONSEILS D'UTILISATION CLINIQUE* (TIMES FOR CLINICAL USE*)

Les temps d'utilisation clinique sont reportés dans le tableau 1:

Ligne I: Temps de mélange (Mixing Time)
Ligne II: Temps de travail (Working Time)
Ligne III: Temps en bouche (Time in Mouth)
Ligne IV: Temps de séchage (Setting Time)
Ligne V: Temps total de travail (ISO 1563) (Total working time - ISO 1563)

*Temps de clinique usé (voir tableau 1, caractéristiques des matériaux) sont indexés au début de la préparation avec de l'eau déionisée à 23°C/73°F. L'eau froide ralentit la durabilité, l'eau chaude accélère. Les variations dans l'eau peuvent modifier les temps de séchage. Correspond à la spécification ADA 18-1563.

ATTENTION
Chez les sujets sensibles, les vinyl polisiloxane peuvent provoquer des irritations ou d'autres réactions allergiques.

NETTOYAGE ET DESINFECTION DE L'IMPRENTA

Après la prise d'impreinte, rincer soigneusement pour éliminer d'éventuels résidus et traces de salives (fig. 11), retirer l'excès d'eau et désinfecter immédiatement. La désinfection idéale s'obtient en immergant l'impronte dans Zeta 7 solution ou en vaporisant directement Zeta 7 spray (Zhermark) (fig. 12). Si vous utilisez d'autres désinfectants, tenez compte des instructions du fabricant.

CONSERVATION DE L'IMPRENTA

Si n'est pas possible de couler le plâtre immédiatement, éliminer les excès d'eau et le conserver dans un sachet hermétiquement fermé (Long Life Bag Zhermark) à température ambiante (23°C/73°F). En ces conditions le temps de séchage du plâtre peut être différé jusqu'à 48 heures après la prise d'impreinte (fig. 14).

CONSEILS D'UTILISATION CLINIQUE* (TIMES FOR CLINICAL USE*)

Les temps d'utilisation clinique sont reportés dans le tableau 1:

Ligne I: Temps de mélange (Mixing Time)
Ligne II: Temps de travail (Working Time)
Ligne III: Temps en bouche (Time in Mouth)
Ligne IV: Temps de séchage (Setting Time)
Ligne V: Temps total de travail (ISO 1563) (Total working time - ISO 1563)

*Temps de clinique usé (voir tableau 1, caractéristiques des matériaux) sont indexés au début de la préparation avec de l'eau déionisée à 23°C/73°F. L'eau froide ralentit la durabilité, l'eau chaude accélère. Les variations dans l'eau peuvent modifier les temps de séchage. Correspond à la spécification ADA 18-1563.

ATTENTION
Chez les sujets sensibles, les vinyl polisiloxane peuvent provoquer des irritations ou d'autres réactions allergiques.

NETTOYAGE ET DESINFECTION DE L'IMPRENTA

Après la prise d'impreinte, rincer soigneusement pour éliminer d'éventuels résidus et traces de salives (fig. 11), retirer l'excès d'eau et désinfecter immédiatement. La désinfection idéale s'obtient en immergant l'impronte dans Zeta 7 solution ou en vaporisant directement Zeta 7 spray (Zhermark) (fig. 12). Si vous utilisez d'autres désinfectants, tenez compte des instructions du fabricant.

CONSERVATION DE L'IMPRENTA

Si n'est pas possible