

# ***VacStation***

Extraorális elszívó rendszer



## A HEPA SZŰRŐRENDSZER

99.97%-os

**HATÉKONYSÁGGAL SZŰRI KI  
A 0,3 MIKRONNÁL  
NAGYOBB RÉSZECSKÉKET.**

***A VacStation  
egy extraorális vákum  
rendszer, amely  
megakadályozza  
a vér, vírus és egyéb  
részecskék levegőbe  
kerülését a fogászati  
kezelés során.***

**FESZÜLTÉG - AC 220V/50HZ  
ENERGIA - 250 V MAX  
MAXIMÁLIS ELSZÍVÁS - 3000PA  
MAXIMÁLIS MENNYISÉG - 3,7 M3/PERC  
HANGERŐ - 62DB  
SÚLY - 21 KG  
MÉRET - 53CM X 46 CM X 60CM**

KIFINOMULT MÉRNÖKI MUNKA

ÁTLÁTSZÓ ELSZÍVÓTÁNYÉR

KÜLÖNLEGES SZÉNKEFEMENTES MOTOR

HAJLÍTHATÓ FLEXIBILIS CSŐ



## A VACSTATION NÉGY SZINTŰ VÉDELMI RENDSZERE:

**HIGH FIBER**

**GLASS FIBER  
HEPA 13**

**HEPA 13  
CERAMSIT + AKTÍV SZÉN  
+ KMNO4**

**SZÉNKEFEMENTES MOTOR**

**UV FÉNY**

1

HighFiber légtechnikai vatta szűrő, amely kiszűri az aerosolt és a nedvességet (1 hónap élettartam, a készülékhez 6 db jár)

2

GlassFiber HEPA 13 szűrő, amely a port és egyéb lebegő részeket nyeli el 99%-os hatásfokkal (3-6 hónap élettartam)

3

Ceramsit + Aktiv Szén + KMNO4 + HEPA H13 szűrő, ami megköt, szűr és sterilizál (6-12 hónap élettartam)

4

2260 uw/cm2 hatóerejű  
280 nm hullámhosszon  
dolgozó UV sterilizáló

# ÁRLISTA



***VacStation 411.301 HUF/ db***


**Szűrők:**

***Class Fiber HEPA 13 szűrő 15.939 HUF/db***

***Ceramsit HEPA H 13 szűrő 60.564 HUF/db***

***MINDEN VÁSÁRLÁS  
MELLÉ AJÁNDÉK  
2 DB HIGHFIBER  
SZÜRŐ!***

*A gyártó csak a rendelkezésre álló készlettől függően tudja kielégíteni a rendeléseket.*



**A KÉSZÜLÉKET SZŰRŐKKEL FELSZERELVE SZÁLLÍTJUK!**



## EC Declaration of Conformity

Manufacturer: **Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd.**  
**No. 99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou**  
**City, Jiangsu Province, China 213000**  
**Tel/Fax: 0519-85962691**

Authorized European Representative: **Llins Service & Consulting GmbH**  
**Obere Seegasse 34/2, 69124, Heidelberg, Germany**  
**Tel: +49 175 4870819**

Product name: **Extraoral Dental Vacuum System**  
Model Number: **VacStation**

Classification (MDD, Annex IX): **Class I, rule 12**

Conformity Assessment Route: **Annex VII**

We herewith declare that the above mentioned products meet the transposition into national law, the provisions of the following EC Council Directives and Standards. All supporting documentations are retained under the premises of the manufacturer.

### DIRECTIVES

#### General applicable directives:

Medical Device Directive: COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices (MDD 93/42/EEC), as amended by Directive 2007/47/EC.

Standard Applied: All applied harmonized standards.


Notified Body: N/A

NB Identification number: N/A

(EC) Certificate(s): N/A

Expire date of the Certificate: N/A

Place, Date of Issue: **Changzhou, 2020-04-10**

Signature: 

Name: **Tao Huan**

Position: **General Manager**

